



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę wraz z montażem przewijaka (leżanki) oraz ściennego podnośnika (systemu transferowego) dla osób dorosłych do Muzeum Zamoyskich w Kozłowie

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznie lub hydraulicznie regulowanego przewijaka dla osób dorosłych (leżanki) oraz dostawa i montaż ściennego podnośnika transferowego dla osób dorosłych, a także przeprowadzenie instruktażu obsługi urządzeń dla pracowników Muzeum Zamoyskich w Kozłowie.

II. Zakres zamówienia

1. Dostarczenie do Zamawiającego elektrycznie lub hydraulicznie regulowanego przewijaka (leżanki) dla osób dorosłych zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 1) **Długość leżyska:** od 180 do 200 cm
- 2) **Szerokość leżyska:** od 70 do 90 cm.
- 3) **Maksymalne obciążenie robocze (udźwig):** minimum 150 kg
- 4) **Konstrukcja:** urządzenie wolnostojące (bez montażu do ściany)
- 5) **Regulacja wysokości:** płynna regulacja elektryczna lub hydrauliczna, przy czym minimalna wysokość leżanki musi mieścić się w przedziale od 40 do 55 cm, a wysokość maksymalna powinna wynosić około 90–100 cm. Sterowanie odbywa się za pomocą urządzenia odpornego na wilgoć.
- 6) **Zasilanie w przypadku regulacji elektrycznej:** akumulatorowe (zintegrowana ładowarka) lub sieciowe o bezpiecznym napięciu (system niskonapięciowy), przystosowane do pracy w pomieszczeniach wilgotnych (klasa szczelności min. IPX4).
- 7) **Materiał wykonania:**
 - a) Konstrukcja stalowa lub aluminiowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.
 - b) Tapicerka/materac wykonany z materiału wodoodpornego, łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji medycznymi środkami chemicznymi, bez szwów gromadzących zabrudzenia.
- 8) **Bezpieczeństwo:** zintegrowane, składane barierki boczne zabezpieczające przed zsunięciem się z leżanki.



2. Dostarczenie i montaż ściennego podnośnika transferowego dla osób dorosłych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 1) **Rodzaj podnośnika:** podnośnik ramieniowy montowany do ściany, wyposażony w ramię obrotowe.
- 2) **Maksymalny udźwieg:** minimum 150 kg.
- 3) **Zasięg i ergonomia:** ramię podnośnika o długości i kącie obrotu dobranym tak, aby umożliwiała bezpieczny transfer osoby z wózka inwalidzkiego na zainstalowany przewijak i z przewijaka na wózek, bez konieczności ręcznego podnoszenia osoby przez opiekuna.
- 4) **Napęd i sterowanie:** elektryczne podnoszenie i opuszczanie za pomocą pilota. Podnośnik musi być wyposażony w system awaryjnego opuszczania na wypadek rozładowania baterii, braku zasilania lub awarii urządzenia.
- 5) **Wyposażenie dodatkowe:** w zestawie dwie uniwersalne podwieszki transportowe kompatybilne z oferowanym podnośnikiem: jedna w rozmiarze M oraz jedna w rozmiarze XL. Podwieszki powinny być wykonane z materiału szybkoschnącego, nadającego się do prania i dezynfekcji.

3. Warunki realizacji zamówienia

- 1) Wizja lokalna: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w Muzeum przed złożeniem oferty. Termin wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
- 2) Wymogi dodatkowe:
 - a) Wykonawca dobierze i dostarczy odpowiednie kotwy, mocowania oraz wszystkie pozostałe elementy techniczne niezbędne do bezpiecznego montażu i użytkowania podnośnika przy jego maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. Jeżeli konstrukcja ściany nie pozwala na bezpieczny montaż podnośnika, Wykonawca dostarczy i zamontuje odpowiedni stelaż lub konstrukcję wzmacniającą.
 - b) Wykonawca prześle Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne, deklaracje zgodności UE oraz dokumenty potwierdzające oznakowanie urządzeń znakiem CE, właściwe dla oferowanych produktów. W przypadku urządzeń będących wyrobami medycznymi Wykonawca prześle również dokumenty wymagane przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.
 - c) Wykonawca przeprowadzi instruktaż obsługi urządzeń dla personelu Muzeum, stacjonarnie lub online.

4. Certyfikaty i standardy bezpieczeństwa

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów właściwych dla danego rodzaju produktu:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 1) Urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest ono wymagane na podstawie obowiązujących przepisów, oraz deklarację zgodności UE.
- 2) Jeżeli oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym, musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.
- 3) Podnośnik oraz dostarczone wraz z nim podwieszki transportowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 10535 lub normy równoważnej.

5. Gwarancja i serwis

- 1) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia na okres minimum 24 miesięcy.
- 2) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: maksymalnie 2 dni robocze.